

## VÍZANALITIKAI ÜVEGESZKÖZÖK

Nessler-féle kolorimétercső (jobb oldali kép)

Rendelési kód	Térfogat (ml)
12 013 0054	25/50
12 013 0055	50/100

Winkler palack oldott oxigén méréshez, két tizedes pontossággal

Rendelési kód	Térfogat (ml)	NS dugóméret
14 594 0010	100-150	14/23
14 594 0011	250-300	19/26

Imhoff-féle szedimentációs kehely, üveg beosztással, (DIN 12 672)

Rendelési kód	Megnevezés
14 594 0013	100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel
14 594 0014	100 ml-ig osztott, 1000 ml-nél körjel, NS üveg leeresztő csap
14 594 0015	1000 ml-ig osztott
14 594 0016	1000 ml-ig osztott, NS üveg leeresztő csappal

Tartóállványok Imhoff-féle szedimentációs kehelyhez PVC  
szürke színű, stabil kialakítás állítható magasságú, 1 vagy 2 tartórúddal,

Rendelési kód	Leírás
23 321 8020	2 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 300 x 150 mm
23 321 8040	4 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 650 x 150 mm
23 321 8060	6 db Imhoff kehely számára, alaplap mérete: 900 x 150 mm

Szedimentációs kehely, Imhoff típus, SAN  
DIN 12672 szerint, alul csavaros leeresztő nyílással, domborított beosztás

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)
23 493 8800	1 000	480	125

Tartóállvány szedimentációs kehelyhez PMMA

Rendelési kód	Férőhely (db)	Méret (mm)
23 493 8805	2	150 x 300 x 290

Karlsruher palack oldott oxigén méréshez

Rendelési kód	Térfogat (ml)	NS dugóméret
80 480 2160	100	19/26
80 480 2060	250	19/26

BSB lombik

Rendelési kód	Leírás
14 594 0018	NS 18,8 csiszolat, térfogat behelyezett dugóval: 100 ml

Túlfolyásos lombik, körjelnél levágva, síkra csiszolva

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Rendelési kód	Térfogat (ml)
14 594 0027	22,7	14 594 0164	164
14 594 0056	56	14 594 0171	171
14 594 0094	94	14 594 0200	200
14 594 0097	97	14 594 0250	250
14 594 0100	100	14 594 0300	300
14 594 0110	110	14 594 0360	360
14 594 0150	150	14 594 0428	428
14 594 0157	157	14 594 0432	432

